

**ALLEGATO 1**

**ELENCO N. 3:**

***Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle  
aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi***

**ELENCO N. 3:*****Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione***

<b>FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX DM 28/12/92</b>	<b>CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO</b>
601 – APPARECCHI ATTINENTI LA FUNZIONE RESPIRATORIA	03 Ausili per terapia e addestramento: 03.03 Ausili per terapia respiratoria
RESPIRATORI	03.03.12 Respiratori/Ventilatori
CONCENTRATORI DI OSSIGENO	03.03.18 Ossigenatori (inclusi concentratori di ossigeno)
VENTILATORE POLMONARE	03.03.15 Ventilatori
NEBULIZZATORE	03.03.06 Inalatori (inclusi i nebulizzatori codificati a norma EN 2999:1944 come 03.03.09)
APPARECCHIO ASPIRATORE PER LARINGECTOMIZZATI	03.03.21 Aspiratori
	03.21 Attrezzature per iniezione
701 – APPARECCHI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONE ALIMENTARE	15.09 Ausili per mangiare e bere:
APPARECCHIO ALIMENTATORE	15.09.30 Apparecchio alimentatore
22 – MONTASCALE MOBILE	18.30 Apparecchio di sollevamento (montascale)

**ELENCO N. 3**

Gli ausili inclusi nel presente elenco sono acquistati direttamente dalle UU.SS.LL. ed assegnati in uso agli invalidi, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento

**AUSILI PER LA TERAPIA RESPIRATORIA 03.03**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLAFFICAZIONE ISO
Respiratore del tipo per uso domiciliare per la erogazione di ossigeno prelevato da bombole mediante sistema totalmente automatizzato e predeterminato; con dispositivo di collegamento alla bombola, con sistema di allarme e sicurezza		
	601.01.01	03.03.12
Concentratore di ossigeno, dotato di idoneo sistema di filtraggio dell'aria, di dispositivo di allarme e di sicurezza, con capacità di concentrazione regolabile da 0 a 5 l/m		
	601.01.05	03.03.18
Ventilatore polmonare a pressione positiva o negativa intermittente (IPPB) la cui fase inspiratoria viene attivata con l'intervento di un apparecchio esterno che insuffla aria nei polmoni realizzando una pressione positiva con regolatore della pressione/minuto dell'aria insufflata, con possibilità di regolazione della frequenza respiratoria garantendo la possibilità di ventilazione controllata mediante via tracheostomica o con ventilazione nasale, dotato di umidificatore, predisposto per il trasporto per aerosol di farmaci nei polmoni, munito di dispositivo per il collegamento alla bombola di ossigeno.		
	601.11.01	03.03.15
Nebulizzatore ad ultrasuoni con allarme e filtro antibatterico, munito di regolatore della temperatura del nebulizzato.		
	601.21.01	03.03.09
Apparecchio aspiratore per laringectomizzati	601.31.01	03.03.21

**AUSILI PER INIEZIONE 03.21**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLAFFICAZIONE ISO
Microinfusore per terapia ferrochelante nelle malattie da accumulo patologico di ferro:		

(thalassemia)		
Caratteristiche tecniche:		
- alimentazione a batteria		
- dispositivi di controllo e sicurezza sulla operatività dei circuiti.		
	-	03.21.21

**AUSILI PER MANGIARE E BERE 15.09**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLAFFICAZIONE ISO
Apparecchio alimentatore	701.01.001	15.09.30

**APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (MONTASCALE) ISO 18.30**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLAFFICAZIONE ISO
<p><b>MONTASCALE MOBILE A CINGOLI</b>  E' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l'installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione. L'indagine sociale preventiva dovrà attestare l'assoluta indispensabilità di tale dispositivo.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma;</li> <li>- parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina;</li> <li>- leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto;</li> <li>- motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi;</li> <li>- possibilità di superare pendenze fino a 35° (indicatore compreso);</li> <li>- autonomia di salita e discesa fino a dieci piani;</li> <li>- carico utile fino a 130 kg.;</li> <li>- garanzia di 24 mesi.</li> </ul>		
	22.41.020	18.30.12.003
<b>MONTASCALE A RUOTE</b>		

<p>Ha la stessa descrizione del precedente:</p> <p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strutture con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cinture di sicurezza o con poltroncina incorporata all'intelaiatura;</li> <li>- movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24 cm.);</li> <li>- dispositivo di inserimento automatico del freno motore;</li> <li>- motore a bassa tensione;</li> <li>- accumulatore e carica batterie;</li> <li>- autonomia a moto continuo su scale non inferiore a 10 piani;</li> <li>- comandi elettrici di salita e discesa;</li> <li>- portata massima di 120 kg.;</li> <li>- garanzia 12 mesi.</li> </ul>		
	22.41.030	18.30.12.006