

**AUSILI ANTIDECUBITO 03.33**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b> Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie. Sono prescrivibili in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.		03.33.03
<b>Cuscino in fibra cava siliconata</b> pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.003
<b>Cuscino in gel fluido</b> pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.01	03.33.03.006
<b>Cuscino in materiale viscoelastico compatto</b> pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.03	03.33.03.009
<b>Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti</b> pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.05	03.33.03.012
<b>Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio</b> pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13	501.21.07	03.33.03.015
<b>Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati</b>		03.33.03.018

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b>		
Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse). Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.		03.33.06
<b>Materasso ventilato in espanso</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.11.01	03.33.06.003
<b>Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee.</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.006
<b>Materasso in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.009
<b>Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.012
<b>Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.11.03	03.33.06.015
<b>Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore</b> (CEN/TC 293 N. 135 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2)	501.11.05	03.33.06.018
<b>Materasso ad elementi interscambiabili con compressore</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2)		03.33.06.021
<b>Traversa in vello naturale</b> (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.024
<b>Traversa in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.027
<b>Traversa in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N.138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.030
<b>Traversa a bolle d'aria microinterscambio</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.06.033



DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO	QUANTITATIVI MASSIMI CONCEDIBILI
<b>ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO</b> Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio. Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta		03.33.09	
<b>Protezione per tallone in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.003	4 pz l'anno
<b>Protezione per tallone in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.006	4 pz l'anno
<b>Protezione per gomito in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.009	4 pz l'anno
<b>Protezione per gomito in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)	501.21.21	03.33.09.012	4 pz l'anno
<b>Protezione per ginocchio in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.09.015	4 pz l'anno
<b>Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138 - liv. 1 - standard - 4, 5, 10, 11, 13)		03.33.09.018	4 pz l'anno

### 03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO

Non esistono attualmente norme tecniche di riferimento specifici per la sottoclasse 03.33 = AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO 12182 «Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova».